

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh năm 2025.

Với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh.
 - Cách thức tiếp nhận báo giá: Tiếp nhận báo giá theo cách thức sau:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh, số 04 Nguyễn Văn Rốp, khu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại: (0276) 3825 083.
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 5 năm 2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 11 tháng 6 năm 2025.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục yêu cầu báo giá:

STT	DANH MỤC	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bơm kim tiêm 0,1ml	- Bơm tiêm làm bằng nhựa dùng một lần để tiêm trong da vắc xin BCG cho trẻ sơ sinh. - Dung tích bơm tiêm là 0,1ml có chia vạch.	Cái	18.000

		- Cỡ kim là 27G - Các nguyên vật liệu để làm bơm tiêm: xy lanh, piston, kim tiêm (đốc kim, thân kim...) là những nguyên vật liệu được phép sử dụng trong y tế. - Bơm tiêm phải có tính năng tự khoá (hay còn được gọi là tự hóc, tự hủy) có nghĩa là sau khi vắc xin hoặc dung dịch tiêm truyền được hút đủ liều vào trong bơm tiêm rồi tiêm hết thì không thể kéo piston trở lại để hút vắc xin hoặc dung dịch tiêm truyền lần thứ 2 được nữa. - Tập hợp bơm tiêm, kim tiêm, nắp chụp bảo vệ được hàn kín trong một đơn vị đóng gói. - Các tiêu chuẩn về bơm tiêm, kim tiêm và đóng gói phải phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế. - Hạn sử dụng của sản phẩm hoàn thiện tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nhận hàng		
2	Bơm kim tiêm 5ml	- Bơm kim tiêm làm bằng nhựa dùng 1 lần. - Dung tích bơm kim tiêm là 5ml có chia vạch. - Cỡ kim là 25G - Các nguyên vật liệu để làm bơm tiêm: xy lanh, piston, kim tiêm (đốc kim, thân kim...) là những nguyên vật liệu được phép sử dụng trong y tế. - Chất liệu làm thân kim: Thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. - Tập hợp bơm tiêm, kim tiêm, nắp chụp bảo vệ được hàn kín trong một đơn vị đóng gói, và sau đó được xử lý tiệt trùng theo quy trình tiệt trùng kín. - Các tiêu chuẩn về bơm tiêm, kim tiêm và đóng gói phải phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.	Cái	5.000

		- Hạn sử dụng của sản phẩm hoàn thiện tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nhận hàng		
3	Hộp an toàn	- Dung tích 5ml. - Chất liệu là carton ép. Mặt ngoài không thấm nước	Cái	2.000

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II-Quý III năm 2025

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

5. Các thông tin khác: *Nhà thầu cung cấp catalogue, tài liệu, hình ảnh... của hàng hóa tham gia chào giá. Các tài liệu kỹ thuật phải phù hợp, logic với thông số kỹ thuật do nhà thầu đề xuất; Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật tại bảng yêu cầu về kỹ thuật cụ thể.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website Trung tâm KSBT;
- Lưu VT, KHN (3), (Lâm)

GIÁM ĐỐC



BIÊN VĂN TƯ

